

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2024

THƯ MỜI QUAN TÂM, CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận thư chào hàng, để tham khảo xây dựng dự toán, thông số kỹ thuật Đèn mổ treo trần phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa Hà Đông, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Ths. Trịnh Công Sơn – Nhân viên Phòng Vật tư TBYT

+ Điện thoại: 0975.003.262

+ Email: congson157@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông- Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 17/7/2024 đến trước 14h00 ngày 27/7/2024.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 30 ngày, kể từ ngày 27/7/2024.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá, thư chào hàng

1. Danh mục mua sắm: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.



4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Lưu: VT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Vinh

IAN
NH
A K
I Đ
★

PHỤ LỤC 1

(Kèm theo thư mời chào hàng của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 17/7/2024)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng dự kiến
1	Đèn mô treo trần	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none">- Thiết bị mới 100%.- Sản xuất từ năm 2023 trở về sau.- Nguồn điện cung cấp: 220V/240V, 50/60Hz.- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương- Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện hoạt động tại Việt Nam <p>II. Yêu cầu cấu hình và kỹ thuật cơ bản</p> <p>1. Cấu hình cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none">- Chóa đèn chính (module đèn LED): 01 cái- Bảng điều khiển gắn trên đầu đèn: 01 cái- Tay nắm tiết trùng: 01 cái- Bộ nguồn cho 2 chóa đèn: 01 bộ- Trụ đèn: 01 cái- Hệ cánh tay treo: 01 bộ <p>2. Yêu cầu kỹ thuật cơ bản</p> <ul style="list-style-type: none">- Công suất: $\geq 160.000\text{lux}$	Chiếc	04

nc

VI
HO
ÔN

(MẪU BÁO GIÁ)

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Chúng tôi là....., có địa chỉ tại.....Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các TBYT và dịch vụ liên quan:

Stt	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, Model, hãng sx	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1							
2							
n							



2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày thángnăm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc GCN đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....Ngàytháng.....năm....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY
(Ký và đóng dấu)