

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá dự toán: mua sắm trang thiết bị y tế bằng nguồn ngân sách thành phố năm 2024 – Bệnh viện đa khoa Hà Đông, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Kỹ sư: Nguyễn Huy Nam – Nhân viên Phòng Vật tư TBVT

+ Điện thoại: 0967.67.83.88

+ Email: Nguyenhuynam202@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông- Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 16h00 ngày 23/5/2024 đến trước 17h00 ngày 10/6/2024.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 10/6/2024.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục mua sắm: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

5. Các thông tin khác:

5.1 Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm:

- Đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực của công ty.

- Báo giá, catalogue, tài liệu kỹ thuật.

- Hợp đồng mua bán tương tự (nếu có).

- Quyết định trúng thầu các bệnh viện công lập (nếu có).

5.2 Các quy định đối với báo giá

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, mẫu biểu theo mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện (để báo cáo);
- Lưu: VT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Vinh



PHỤ LỤC
CÁU HÌNH, TÍNH NĂNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
(Kèm theo thư mời chào hàng của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 23/5/2024)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Máy thận nhân tạo	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất từ năm 2024 trở đi, thiết bị mới 100% - Giấy chứng nhận quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V/ 50 Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm miền bắc Việt Nam. <p>II. Yêu cầu về cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính và phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm: 01 Cái - Bộ dây nối với dịch lọc A, B: 01 Bộ - Bộ dây nối với hệ thống nước RO: 01 Bộ - Bộ dây nối với hệ thống nước thải: 01 Bộ - Cây treo dịch truyền/ Cọc đỡ dịch môi: 01 Cái - Giá đỡ quả lọc: 01 Cái - Màng lọc dịch siêu sạch: 01 Cái Hướng dẫn sử dụng Tiếng Anh và Việt: 01 Bộ <p>III. Yêu cầu về tính năng kỹ thuật</p> <p>* Có các chức năng lọc máu sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thẩm phân bicarbonate - Thẩm phân acetate - Thẩm phân 1 kim - Thẩm phân 2 kim - Chức năng siêu lọc <p>* Có tính năng khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bơm máu động mạch: - Kiểm soát áp lực động mạch: - Kiểm soát áp lực tĩnh mạch: - Cảnh báo phát hiện bọt khí. - Bơm Heparin. - Phát hiện rò rỉ máu. <p>* Có nhiều chương trình rửa máy khác nhau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rửa nước - Rửa hóa chất <p>IV. Yêu cầu khác</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng. - Bảo trì ≤ 03 tháng/lần trong suốt thời gian bảo hành. 	Máy	5
2	Máy X Quang C-Arm	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất năm 2024 trở về sau, mới 100% - Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485. - Đạt chứng chỉ: CE hoặc FDA 	Máy	1

		<ul style="list-style-type: none"> - Nguồn điện: 220V/ 50 Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm miền bắc Việt Nam. <p>II. Yêu cầu về cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy X-Quang C-Arm kỹ thuật số kèm phụ kiện tiêu chuẩn: 01 cái - Khung máy cánh tay C: 01 cái - Bóng X Quang: 01 cái - Tủ cao thế: 01 cái - Tấm nhận ảnh phẳng: 01 cái - Màn hình điều khiển cảm ứng chạm: 01 cái - Màn hình hiển thị tích hợp trên xe đẩy: 01 cái - Tay cầm điều khiển phát tia, bàn đạp: 01 cái - Bộ chuẩn trực gắn kèm khối phát tia: 01 cái - Máy in nhiệt kèm giấy in: 01 cái - Áo chì: ≥ 02 bộ - Yếm chì: ≥ 02 bộ - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, bảo dưỡng bằng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ <p>III. Phần mềm – chức năng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chức năng quản lý tối ưu hóa liều tia, điều chỉnh liều tia thấp cho trẻ em - Xử lý hình ảnh: Phóng to ảnh, xoay ảnh, đảo ảnh, lưu hình ảnh cuối, lọc giảm nhiễu ảnh, hiệu chỉnh kim loại, di chuyển ảnh - Chú thích và đánh dấu vào hình ảnh - Tự động điều chỉnh độ sáng và tương phản ảnh - Có chức năng xóa nền kỹ thuật số <p>IV. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hệ thống cánh tay chữ C: Có phanh hãm - Bóng X-quang: Loại bóng 2 tiêu điểm <p>V. Yêu cầu khác:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trong vòng 24h báo sự cố sẽ có kỹ sư vào kiểm tra, trường hợp không khắc phục được sẽ nhập linh kiện thay thế 		
3	Máy cắt lạnh	<p>I. Yêu cầu chung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thiết bị mới 100%, sản xuất năm 2024 trở về sau - Đạt chứng chỉ chất lượng và an toàn: ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V/ 50 Hz - Môi trường hoạt động: Phù hợp với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm miền bắc Việt Nam. <p>II. Yêu cầu về cấu hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 bộ - Bao gồm các phụ kiện tiêu chuẩn kèm theo - Tài liệu sử dụng bằng tiếng Anh và Tiếng Việt: 01 bộ <p>III. Yêu cầu về tính năng và thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có chức năng làm lạnh nhanh và cắt các mẫu vật của 	Máy	1

		con người * Bộ phận máy cắt - Bộ phận làm lạnh mẫu nhanh chứa được nhiều vị trí - Điều chỉnh độ dày lát cắt tinh tới khoảng 1µm - Thời gian làm lạnh mẫu nhanh. IV. Yêu cầu khác: - Trong vòng 24h báo sự cố sẽ có kỹ sư vào kiểm tra, trường hợp không khắc phục được sẽ nhập linh kiện thay thế		
--	--	---	--	--

Handwritten signature



(MẪU BÁO GIÁ)

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Chúng tôi là....., có địa chỉ tại.....Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các TTBYT và dịch vụ liên quan:

Stt	Danh mục	Model, hãng sx, nước sx	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1						
2						
n						

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày thángnăm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc GCN đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....Ngàytháng.....năm....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY
(Ký và đóng dấu)