

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam
Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng thông số kỹ thuật, giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 Bế Văn Đàn, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Nhân viên: Chu Xuân Thanh – Phòng Vật tư BHYT

+ Điện thoại: 0986.170.933

+ Email: vtytbvhd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

+) Gửi bản cứng báo giá về địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2 Bế Văn Đàn, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội)

+) Gửi bản mềm báo giá File excel vào Email: vtytbvhd@gmail.com (Bản mềm phải giống bản cứng đã gửi)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 27/01/2026 đến trước 16h00 ngày 06/02/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày báo giá.

6. Báo giá đã bao gồm thuế, phí và lệ phí khác nếu có.

7. Gửi kèm các quyết định trúng thầu còn hiệu lực trong vòng 9 tháng (nếu có).

8. Bệnh viện sẽ mời đơn vị báo giá vào làm việc khi cần tìm hiểu thêm các thông tin. (Nếu có)

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục số lượng mua sắm máy đo chức năng hô hấp.

2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian cung ứng: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng.



4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện;
- Tổ truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT(Ds.Thanh);

GIÁM ĐỐC *ĐTC*



Nguyễn Thành Vinh



(MẪU BÁO GIÁ)

Công ty.....

Địa chỉ:.....

Số điện thoại liên hệ:

Email:.....

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Chúng tôi là....., có địa chỉ tại.....Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho danh mục, số lượng mua sắm máy đo chức năng hô hấp:

ST T	Danh mục	Tên thương mại	Ký mã hiệu/ Nhãn hiệu	Năm sản xuất	Thông số kỹ thuật	Hãng SX/Nướ c SX	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí nếu có) (VNĐ)	Thành Tiền (Đã bao gồm thuế, phí, lệ phí nếu có) (VNĐ)
1										
2										
....										
Tổng cộng										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày ký

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của danh mục nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....Ngàytháng.....năm....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
(Ký và đóng dấu)

PHỤ LỤC
Kèm theo thư mời số: 80 /TM-BV ngày 27 tháng 01 năm 2026

STT	Danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy đo chức năng hô hấp	I. Yêu cầu chung: - Máy mới 100%; sản xuất năm 2024 trở đi. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc CE hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: phù hợp với tiêu chuẩn điện của Việt Nam II. Yêu cầu cấu hình: - Máy tính (Cấu hình I5 , ram $\geq 8G$) : 01 chiếc kèm phụ kiện chuẩn 1 bộ - Máy chính : 01 cái - Tay cầm cảm biến: 01 cái - Đầu cảm biến lưu lượng: 01 cái - Phần mềm phân tích: 01 cái - Kẹp mũi: 02 cái - Ống ngậm miệng bằng giấy: 100 cái - Dây nguồn: 1 cái - Lọc khí thở: 1 cái - Máy in Laser: 01 chiếc - Xilanh chuẩn máy 1L: 01 chiếc - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt: 1 bộ - Có thẻ chuyển kết quả thực hiện bệnh án điện tử. III. Chỉ tiêu kỹ thuật: - Phân tích các kết quả phế dung của bệnh nhân - Hỗ trợ ước tính tuổi phổi - Kiểm tra co và giãn phế quản - Tự động thể hiện bệnh viêm phổi mãn tính (COPD) - Tương thích với hệ điều hành Window - Có phương trình dự đoán theo chuẩn GLL cho người lớn và trẻ em - Phát hiện lưu lượng: cảm biến dòng khí Lyly - Giới hạn lưu lượng: từ ± 0.05 đến ± 18 L/S - Độ phân giải: 0.01 L/s - Độ chính xác lưu lượng: $\pm 5\%$ hoặc $\pm 0.2L/s$	Máy	1

		- Phát hiện thể tích: Phân tích lưu lượng - Giới hạn thể tích: từ ± 0.01 đến $\pm 10.0L$ - Độ phân giải: $0.01 L$ - Độ chính xác thể tích: $\pm 3\%$ hoặc $\pm 0.05L$ - Nguồn cấp: cổng USB nối máy tính - Yêu cầu hệ thống: Window, có ổ CD ROM - Các thông số đo cơ bản - Dung tích sông chậm: 6 thông số bao gồm SVC, IS, TV, IRV, SVC/HT, ERV - Dung tích sông gắng sức: 50 thông số tối thiểu bao gồm FVC, FEV0.5, FEV0.75, FEV1.0, FEV2.0, FEV3.0, FEV6.0, FEV0.5/FVC, FEV0.75/FVC, FEV1.0/FEV6.0, FEV1/FVC, FEV1/SVC, FEV3.0/FVC, FEV6.0/FVC, FEV1/SVCpr, MMEF, PEF, FEF 25, FEF50, FEF75, MMEF/FVC, FEF90, FEF50/HT FEF75/HT, PEF/HT, FEF75-85, FEF200-1200, MTC75-50, MTC50-25, MTC25-RV, MTCR, OI, ATL, PEF TIME, FET, ExtrapV, ExtrapV%, FIVC, FIV0.5, FIV1.0, FIV1/FVC, FIV1/FIVC, PIF, FIF50, FEF50/FIF50, MVV43, FVC+FEV1... - Thông khí chủ động tối đa: 5 thông số bao gồm MVV, TV, RR, MVV/BSA, AVI - Thể tích phút: 5 thông số bao gồm MV, TV, RR, BR, VR - Chuẩn an toàn: IEC 60601-1 - Hỗ trợ kết nối mạng DICOM: 01 gói	
		IV. Yêu cầu khác - Bảo hành ≥ 12 tháng - Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ từ 03 – 06 tháng một lần trong suốt thời gian bảo hành - Nhà thầu cam kết có đội ngũ kỹ sư thực hiện việc sửa chữa, khắc phục sự cố trong thời gian tối đa 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. - Nhà thầu phải triển khai đào tạo, chuyển giao công nghệ cho cán bộ kỹ thuật của đơn vị sử dụng - Cam kết cung cấp phụ tùng tiêu hao, phụ tùng thay thế tối thiểu 08 năm sau khi bán hàng - Cam kết cung cấp CO, CQ, TKHQ, invoice, vận đơn - Cung cấp báo giá cho các phụ tùng, phụ kiện đi kèm và vật tư thay thế và chào giá dịch vụ bảo trì sau bảo hành	