

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, sục rửa hệ thống lọc nước RO phục vụ chạy thận nhân tạo tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá cho một số gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Kỹ sư: Nguyễn Viết Hồng – Nhân viên Phòng Vật tư TBVT

+ Điện thoại: 0961380110

+ Email: hongdang.bv@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Hà Đông- Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 31/7/2026 đến trước 08h00 ngày 10/8/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 90 ngày.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Nội dung: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến

thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn! *ff*

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Tổ truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Vinh



PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời chào giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 30/7/2026)

Gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng, súc rửa hệ thống lọc nước RO và rửa quả lọc của Đơn nguyên thận nhân tạo.

STT	Danh mục	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống xử lý nước RO 2000 lit/giờ Model: AquaBplus 2000 Hãng sản xuất: Fresenius Nước sản xuất: Đức Năm sử dụng: 2017	Hệ thống	01
2	Hệ thống xử lý nước RO 1000 lit/giờ Nước sản xuất: Việt Nam Năm sử dụng: 2021	Hệ thống	01
3	Hệ thống nước RO Model: RO.TT.2000 Nước sản xuất: Việt Nam Năm sử dụng: 2026	Hệ thống	01

* Yêu cầu kỹ thuật:

Bảo trì, bảo dưỡng, súc rửa các hệ thống nước RO và rửa quả lọc chạy thận nhân tạo định kỳ theo quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ y tế:

- Kiểm tra tổng quát hệ thống xử lý nước RO và và hệ thống đường ống cấp nước RO bao gồm: Cột lọc đa tầng, cột lọc than hoạt tính, lõi lọc, cột làm mềm nước, bình chứa nước mềm, nước các phao báo đầy và cạn...

- Tẩy rửa và làm sạch bồn chứa nước RO bằng hóa chất theo Quy trình số 4 ban hành theo quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018.

- Tẩy rửa và làm sạch màng RO bằng hóa chất theo Quy trình số 5 ban hành theo quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018.

- Tẩy rửa và làm sạch hệ thống đường ống cấp nước RO bằng hóa chất theo Quy trình số 6 ban hành theo quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018.

- Căn chỉnh hệ thống áp lực đường ống.

- Test nhanh tồn dư hóa chất và độ dẫn điện sau mỗi công đoạn tẩy rửa.

- xét nghiệm Endotoxin tại cơ quan có chức năng, thẩm quyền theo quy định định kỳ sau khi tẩy rửa máy RO chạy thận và máy RO rửa quả lọc trong 1 năm (3 tháng/lần)

- xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh và hóa lý tại cơ quan có chức năng, thẩm quyền theo quy định định kỳ máy RO chạy thận và máy RO rửa quả lọc trong 1 năm (6 tháng/lần)

*** Yêu cầu khác:**

- Trong và sau khi bảo dưỡng, nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và an toàn lao động;

- Nhà thầu đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng bảo dưỡng. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm khi có tai biến hoặc sự cố xảy ra trong phạm vi công việc đã nêu và được chứng minh do lỗi của nhà thầu.

- Nếu kết quả xét nghiệm nước sau khi tẩy rửa khử khuẩn hệ thống không đạt do lỗi của nhà thầu, nhà thầu phải thực hiện lại và chịu toàn bộ chi phí phát sinh.

- Nhân lực thi công: KTV chuyên trách có chứng chỉ về xử lý nước trong thận nhân tạo (có tài liệu chứng minh)



(MẪU BÁO GIÁ)

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Chúng tôi là....., có địa chỉ tại.....Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các TBYT và dịch vụ liên quan:

Stt	Nội dung	ĐVT	SL	Đơn giá	Thành tiền
1					
2					
n					
Tổng					
Bảng chữ:					

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của Thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày thángnăm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc GCN đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....Ngàytháng.....năm....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY
(Ký và đóng dấu)