

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp dịch vụ thẩm định, bảo trì, bảo dưỡng TTBYT

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu thẩm định, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống nước RO đang sử dụng tại khoa Nội thận tiết niệu - Bệnh viện đa khoa Hà Đông với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị mời báo giá

1. Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 - Bế Văn Đàn - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Kỹ sư: Nguyễn Viết Hồng – Nhân viên Phòng Vật tư TBYT

+ Điện thoại: 0961 380 110

+ Email: hongdang.bv@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông - Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00 ngày 12 tháng 03 năm 2025 đến trước 15h00 ngày 21 tháng 03 năm 2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ báo giá

II. Nội dung mời báo giá

1. Danh mục: Chi tiết theo phụ lục đính kèm

2. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Tổ truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC *llg*

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Vinh



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HOÁ
(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông
ngày 12 tháng 03 năm 2025)

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Số lượng
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống lọc nước RO chạy thận nhân tạo và hệ thống RO rửa quả lọc trong 1 năm (3 tháng/lần)	Bảo dưỡng xử lý hai hệ thống nước RO chạy thận nhân tạo định kỳ theo quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018 của Bộ y tế: - Kiểm tra tổng quát hệ thống xử lý nước RO bao gồm: Cột lọc đa tầng, cột lọc than hoạt tính, cột làm mềm nước, bình chứa nước mềm, nước các phao báo đầy và cạn. - Quy trình số 4 ban hành theo quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018. - Quy trình số 5 ban hành theo quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018. - Quy trình số 6 ban hành theo quyết định 2482/QĐ-BYT ngày 13/4/2018. - Căn chỉnh hệ thống áp lực đường ống. - Test nhanh tồn dư hóa chất và độ dẫn điện sau mỗi công đoạn tẩy rửa.	Gói	01
2	Chi phí xét nghiệm Endotoxin định kỳ sau khi tẩy rửa máy RO chạy thận và máy RO rửa quả lọc trong 1 năm (3 tháng/lần)	Xét nghiệm nội độc tố Endotoxin của cơ quan có chức năng, thẩm quyền theo quy định.	Gói	01
3	Chi phí xét nghiệm hóa lý và vi sinh tổng số định kỳ máy RO chạy thận và máy RO rửa quả lọc trong 1 năm (6 tháng/lần)	Xét nghiệm các chỉ tiêu vi sinh và hóa lý của cơ quan có chức năng, thẩm quyền theo quy định.	Gói	01



129