

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu: Mua sắm phim X-quang phục vụ công tác chuyên môn của các khoa năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+Trịnh Công Sơn – Nhân viên Phòng Vật tư TBVT

+ Điện thoại: 0975003262

+ Email: *congson157@gmail.com*.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông- Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04/4/2025 đến trước ngày 15/4/2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục mua sắm, sửa chữa: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy

định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:


- Như trên;
- BGD Bệnh viện
- Ban truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Vinh




PHỤ LỤC 1

(Kèm theo thư mời chào hàng của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 04/4/2025)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Phim dùng cho chụp X-quang y tế (20x25cm) (dùng cho máy in Drypix)	<ul style="list-style-type: none">- Phim X-quang laser kích thước 20x25cm, dùng tương thích với máy in phim Drypix (hãng sản xuất Fujifilm).- Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim, lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới.- Độ đậm quang học tối đa: ≥ 3.3- Nhiệt độ bảo quản phim mới: từ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 25^{\circ}\text{C}$, độ ẩm từ ≤ 30 đến $\geq 60\%RH$	Tờ	84.500
2	Phim dùng cho chụp X-quang y tế (35x43cm), (dùng cho máy in Drypix)	<ul style="list-style-type: none">- Phim X-quang laser kích thước 35x43cm, dùng tương thích với máy in phim Drypix (hãng sản xuất Fujifilm).- Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp bảo vệ phía trên, lớp nền phim, lớp nhạy quang, lớp bảo vệ phía dưới.- Độ đậm quang học tối đa: ≥ 3.3- Nhiệt độ bảo quản phim mới: từ $\leq 10^{\circ}\text{C}$ đến $\geq 25^{\circ}\text{C}$, độ ẩm từ ≤ 30 đến $\geq 60\%RH$	Tờ	5000
3	Phim X-quang y tế (14x17inch) (Dùng cho máy in Drystar)	<ul style="list-style-type: none">- Phim X-quang kích thước 14x17inch, dùng tương thích với máy in phim Drystar (hãng sản xuất: Agfa)- Độ đậm quang học tối đa ≥ 3.2- Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp nền PET dày, lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m², lớp bảo vệ trong suốt và lớp nền dưới.	Tờ	48.000
4	Phim X-quang y tế (8x10inch) (Dùng cho máy in Drystar)	<ul style="list-style-type: none">- Phim X-quang kích thước 8x10inch, dùng tương thích với máy in phim Drystar (hãng sản xuất: Agfa)- Độ đậm quang học tối đa ≥ 3.2	Tờ	54.000

		- Cấu tạo gồm 4 lớp: lớp nền PET dày, lớp muối bạc hữu cơ hàm lượng khoảng 1.0 g/m ² , lớp bảo vệ trong suốt và lớp nền dưới.		
5	Phim dùng cho chụp X-quang y tế (35x43cm), (dùng cho máy in Dryview 5950 laser imaging system)	- Kích thước 35x43cm - Phim khô dùng cho chụp X-quang y tế. - Tương thích với máy in Dryview 5950 laser imaging system (hãng sản xuất/ hãng chủ sở hữu: Rayco medical products company limited/ Carestream health, Inc)	Tờ	24.000



(MẪU BÁO GIÁ)

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Chúng tôi là....., có địa chỉ tại.....Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các TBYT và dịch vụ liên quan:

Stt	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, Model, hãng sx	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1							
2							
n							

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu có liên quan của Thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày thángnăm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc GCN đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....Ngàytháng.....năm....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY
(Ký và đóng dấu)