

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025

THƯ MỜI QUAN TÂM, CHÀO HÀNG

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận thư chào hàng, để tham khảo xây dựng dự toán, thông số kỹ thuật gói thầu mua sắm Vật tư lọc thận nhân tạo năm 2025 - Bệnh viện đa khoa Hà Đông, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Ths. Trịnh Công Sơn – Nhân viên Phòng Vật tư TBYT

+ Điện thoại: 0975.003.262

+ Email: *congson157@gmail.com*.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông- Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10h00 ngày 10/01/2025 đến trước 10h00 ngày 20/01/2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 90 ngày

II. Nội dung Yêu cầu báo giá, thư chào hàng

1. Danh mục mua sắm: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến

thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Tổ truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Vinh

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời chào hàng của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 10/01/2025)

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Kim chạy thận AVF 16, 17G	Kim 16, 17G - Chiều dài kim $\geq 25\text{mm}$ - Chiều dài dây nối $\geq 300\text{mm}$ - Chất liệu kim: làm bằng thép không gỉ hoặc tốt hơn	Chiếc	77.000
2	Dung dịch rửa quả lọc thận Acid Peracetic	Thành phần bao gồm: Acid Peracetic, Hydrogen peroxide, Acid acetic	Lít	750
3	Bột cô đặc thẩm phân axit	- Thành phần bao gồm: NaCl, KCl, $\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Acetic acid	Thùng	180
4	Bột khô Bicar bonat	Thành phần bao gồm: $\geq 900\text{g}$ Natri Bicarbonate, Natrihydrocarbonate hoặc tương đương	Túi	18.000
5	Catheter lọc màng bụng đầu cong	- Chiều dài $\geq 63\text{ cm}$, ống thông làm bằng silicon hoặc tương đương, dải cản quang	Bộ	10
6	Bộ catheter chạy thận nhân tạo 2 nhánh cỡ 12FR	- Cỡ 12FR, Chất liệu Polyurethane hoặc tương đương - Dây dẫn chữ J, làm bằng Nitinol hoặc tương đương: 01 chiếc - Kim hình chữ Y 18G: 01 chiếc - Bơm tiêm 5cc: 01 cái - Ống nóng: 02 cái - Dao mổ: 01 cái	Bộ	150
7	Bộ catheter chạy thận nhân tạo 2 nhánh dài hạn các cỡ	- Chất liệu Polyurethane hoặc tương đương. 2 nòng, dài hạn có đường cản quang - Dây dẫn chữ J, làm bằng Nitinol hoặc tương đương: 01 chiếc - Kim hình chữ Y 18G: 01 chiếc - Bơm tiêm 10cc: 01 cái - Ống nóng: 02 cái - Dao mổ: 01 cái - Dụng cụ tạo đường hầm: 01 bộ	Bộ	100
8	Bộ dây lọc máu thận nhân tạo chu kỳ	Bộ dây bao gồm tối thiểu: dây động mạch, dây tĩnh mạch - Chất liệu: làm bằng nhựa PVC mềm hoặc tương đương, chống xoắn, không	Bộ	7.000



		chứa DEHP hoặc tương đương - Tương thích với máy Fresenius 4008S & 5008S, Toray TR-8000		
9	Quả lọc thận nhân tạo chu kỳ 140	- Diện tích màng: $\geq 1,4m^2$ - Chất liệu màng: Polyethersulfone hoặc tương đương - Thể tích môi: $\geq 71ml$ - Hệ số siêu lọc: ≥ 12 (ml/h/mmHg) - Độ thanh thải ở tốc độ máu 300ml/phút: Ure ≥ 250 , Creatinine ≥ 224 - Tương thích với máy Fresenius 4008S & 5008S, Toray TR-8000	Quả	6.500
10	Quả lọc thận nhân tạo loại I	- Diện tích màng: $\geq 1,4m^2$ - Chất liệu màng: Polyethersulfone hoặc tương đương - Thể tích môi: $\geq 90ml$ - Hệ số siêu lọc: ≥ 16 (ml/h/mmHg) - Độ thanh thải ở tốc độ máu 300ml/phút: Ure ≥ 257 , Creatinine ≥ 229 - Tương thích với máy Fresenius 4008S & 5008S, Toray TR-8000	Quả	100
11	Quả lọc thận nhân tạo loại II	- Diện tích màng: $\geq 1,8m^2$ - Chất liệu màng: Polyethersulfone hoặc tương đương - Thể tích môi: $\geq 95ml$ - Hệ số siêu lọc: ≥ 14 (ml/h/mmHg) - Độ thanh thải ở tốc độ máu 300ml/phút: Ure ≥ 261 , Creatinine ≥ 231 - Tương thích với máy Fresenius 4008S & 5008S, Toray TR-8000	Quả	200
12	Acid Citric	Dạng tinh thể, màu trắng, không mùi, hàm lượng 100%	Kg	800
13	Quả lọc dịch siêu sạch	- Diện tích màng: $\geq 2.2 m^2$ - Thông số lọc: $\geq 5 mL/phút$ mmHG - Tương thích với máy Fresenius 4008S & 5008S	Quả	10
14	Lõi lọc (Béo)	Kích thước dài 20 inch, kích thước lỗ lọc: 5 micromet	Lõi	30
15	Lõi lọc (Gây)	Kích thước dài 20 inch, kích thước lỗ lọc: 5 micromet	Lõi	115
16	Lõi lọc sát khuẩn 0.2 Micromet - 20 Inch	Kích thước dài 20 inch, kích thước lỗ lọc: 0.2 micromet	Lõi	5

17	Muối tinh khiết	Không mùi, màu trắng, hàm lượng $\geq 99.5\%$	Kg	15.000
18	Dây máu cho thận nhân tạo Online	- Bộ dây máu gồm tối thiểu: dây động mạch, dây tĩnh mạch - Tương thích với máy Fresenius 4008S & 5008S	Cái	300
19	Javen	Thành phần: Nước Javen 10%	Lít	210
20	Dịch A	- Thành phần bao gồm: Natri clorid, Kali clorid, Calci clorid.2H ₂ O, Magnesi clorid.6H ₂ O, Acid acetic băng, Glucose.H ₂ O, Nước tinh khiết (đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019) - Sử dụng tương thích với dịch B	Can	500
21	Đầu nối cho ống thông lọc màng bụng	- Dùng để kết nối bộ chuyển tiếp và ống thông	Cái	10
22	Bộ chuyển tiếp	Sử dụng kéo dài trong lọc màng bụng	Cái	10
23	Kẹp xanh	Dùng để hỗ trợ cho việc lắp và tháo rời đầu nối bộ lọc màng bụng khỏi dung dịch	Cái	10
24	Dịch B	- Thành phần bao gồm: NatriBicarbonat, Nước tinh khiết (đạt tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019) - Sử dụng tương thích với dịch A	Can	3.000
25	Quả lọc máu hấp phụ	Bao gồm quả lọc máu hấp phụ kèm Dây nối giữa quả lọc máu hấp phụ và quả lọc thường - Thể tích hấp phụ $\geq 130\text{ml}$	Bộ	200
26	Quả lọc nội độc tố	- Chất liệu màng: Polysulfone hoặc tương đương - Diện tích màng: $\geq 2.1 \text{ m}^2$ - Tốc độ lọc trung bình/ m^2 : $\geq 2.4 \text{ ml/phút mmHg m}^2$ - Áp suất xuyên màng: $\geq 600 \text{ mmHg}$ - Hiệu suất lưu giữ nội độc tố: $\text{LRV} \geq 5$ - Hiệu suất lưu giữ vi khuẩn: $\text{LRV} \geq 10$ - Tương thích với máy Toray TR-8000	Quả	30



(MẪU BÁO GIÁ)

....., ngày.....tháng.....năm

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa Hà Đông

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Chúng tôi là....., có địa chỉ tại.....Chúng tôi xin gửi tới Quý Bệnh viện bản chào giá các trang thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các TBYT và dịch vụ liên quan:

Stt	Danh mục	Ký, mã, nhãn hiệu, Model, hãng sx	Thông số kỹ thuật	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1								
2								
n								

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày thángnăm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp hoặc GCN đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....Ngàytháng.....năm....

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CÔNG TY
(Ký và đóng dấu)