

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Nguyễn Thị Thủy – Nhân viên Phòng Vật tư TB YT

+ Điện thoại: 0902824359

+ Email: vtytbvhd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông - Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 18/06/2025 đến trước 17h00 ngày 27/06/2024.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục mua sắm: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.



4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Ban truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC

Chức

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Vinh



PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 18/06/2025)

Gói thầu: Mua sắm máy lấy cao răng siêu âm phục vụ công tác chuyên môn của Khoa Răng hàm mặt – Bệnh viện đa khoa Hà Đông

STT	Tên danh mục	Thông số kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Máy lấy cao răng siêu âm	- Yêu cầu cấu hình: + Máy chính: 01 + Tay cạo vôi/ lấy cao răng: 01 + Dây tay làm việc: 01 + Mũi cạo vôi: 03 + Cây vặn với bộ giới hạn mô-men xoắn: 01 + Hộp hấp sấy: 01 - Yêu cầu kỹ thuật: + Máy tích hợp ngay trên ghế răng, sử dụng điện áp AC 24V + Máy có tối thiểu 3 chức năng “G” (tổng quát), “E” (nội nha), “P” (nha chu) + Nguồn cấp điện: AC 100V-240V 50/60Hz + Tần số: >28-32 KHz + Công suất tối đa: < 11W (G tổng quát) + Máy đi kèm 3 đầu lấy cao răng siêu âm (cạo vôi), dụng cụ mở và lắp mũi cạo vôi & khay đựng	Chiếc	01