

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật của gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống nước RO cho máy thận nhân tạo sử dụng tại khoa Nội thận tiết niệu - Bệnh viện đa khoa Hà Đông với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Nguyễn Thị Thủy – Nhân viên Phòng Vật tư BHYT

+ Điện thoại: 0902824359

+ Email: vtytbvhd@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Hà Đông - Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 03/07/2025 đến ngày 12/07/2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 90 ngày

II. Nội dung Thư mời báo giá

1. Danh mục: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 60 ngày sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh

toán trong vòng 90 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

5. Các thông tin khác:

5.1 Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm:

- Đăng ký kinh doanh.
- Báo giá (theo mẫu đính kèm).
- Hợp đồng mua bán tương tự (nếu có).

5.2 Các quy định đối với báo giá

- Báo giá có đầy đủ các nội dung, mẫu biểu theo mẫu đính kèm trong yêu cầu báo giá.
- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Ban truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Vinh

PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 03/07/2025)

STT	Danh mục	Yêu cầu về thông số, tiêu chuẩn kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Hệ thống nước RO	Hệ thống nước RO 2.000 lít/h, kèm máy tiết trùng nhiệt, kèm chậu rửa quả lọc I. Yêu cầu chung Hàng mới 100% Sản xuất năm 2024 về sau Nguồn điện: 220/50Hz/1 pha và 380/50Hz/3 pha Môi trường hoạt động phù hợp với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm miền bắc Việt Nam II. Yêu cầu về cấu hình tiêu chuẩn cho một Hệ thống 1. Bồn chứa nước đầu nguồn: Bồn chứa nước dân dụng, dung tích ~ 3.000 Lít, chất liệu inox SUS 304. 2. Bộ tiền xử lý nước, cung cấp đủ nước cho máy RO công suất ≈ 2.000 lít / giờ hoạt động -Khởi bơm tăng áp nước nguồn cấp vào hệ thống tiền xử lý (Bao gồm 02 máy bơm và bộ điều khiển hoạt động cho máy bơm) -Bộ lọc thô (Bao gồm van điều khiển súc rửa tự động) -Bộ làm mềm nước đôi (Bao gồm van điều khiển súc rửa tự động và thùng chứa muối cho bộ làm mềm nước). -Bộ lọc chứa than hoạt tính (Bao gồm van điều khiển súc rửa tự động.) -Bộ lọc phân tử 5 μm, lưu lượng cao. (Bao gồm 02 bình lọc, kích thước 20", lõi lọc 5μm, ghép song song) -Bộ lọc phân tử 1 μm, lưu lượng cao. (Bao gồm 02 bình lọc, kích thước 20", lõi lọc 1μm, ghép song song) -Phụ kiện lắp đặt cho bộ tiền xử lý nước bao gồm: Đồng hồ đo áp lực nước, van lấy mẫu nước, hệ thống ống kết nối nước cấp và nước thải, ...) Mua lẻ tại Việt Nam 3. Máy sản xuất nước lọc máu Máy sản xuất nước dùng được cho lọc máu, công suất nước lọc ≈ 2.000 lít/giờ Hệ thống cấp nước lọc máu trực tiếp đến các máy thận.	HT	01



	4. Thiết bị tiết trùng nhiệt Hoạt động đồng bộ với máy chính. Chức năng tiết trùng bằng nhiệt cho hệ thống vòng ống cấp nước lọc máu đến máy thận. Công suất cấp nước nóng để tiết trùng ≥ 140 lít/giờ. 5. Hệ thống vòng ống cấp nước lọc máu trực tiếp và thoát nước thải cho các máy thận Hệ thống vòng ống cấp nước lọc máu đến các máy thận và ống nước hồi lưu, các cổng cấp nước cho 40 máy thận. Số vòng cấp nước RO: 02 vòng. - Chất liệu ống: PE-Xa. - Đường kính ống: 25 mm, độ dày ống: $\approx 3,5$ mm Chiều dài ống: ≈ 300 m Hệ thống đường ống thoát và cổng thoát nước thải cho 30 máy thận. - Chất liệu ống: PVC - Đường kính ống chính: ≈ 60 mm, độ dày ống: $\approx 2,5$ mm Chiều dài ống: ≈ 80 m 6. Chậu rửa quả lọc bằng Inox 304 (6 cổng rửa): - KT: dài 2,6m x rộng 0,5m x cao 1,6m (chân cao 0,45m, chậu 0,35m, tấm inox treo ống cấp nước 0,8m) - 6 Cổng rửa/1 lần rửa. - Ống cấp bằng ống nhựa PEX, van khóa bằng Inox304. 7. Yêu cầu khác: Phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh cho toàn bộ hệ thống máy. Vận chuyển, thi công toàn bộ hệ thống. Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống máy bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Bảng vẽ lưu đồ hệ thống thiết bị xử lý và cấp nước. Huấn luyện vận hành hệ thống máy. Xét nghiệm nước lọc máu thành phẩm lần đầu, đạt theo tiêu chuẩn ISO 23500-3:2019 (ISO13959: 2014) hoặc tương đương, chất lượng nước dùng để điều trị thận nhân tạo.		
--	---	--	--

