

SỞ Y TẾ HÀ NỘI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG

Số: 534 /TM-BV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu: Mua sắm Tủ bảo ôn phục vụ công tác chuyên môn của khoa Dược với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Lê Diệu Linh – Nhân viên Phòng Vật tư TBVT

+ Điện thoại: 0335.822.001

+ Email: dieulinh203131@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Hà Đông - Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 10/09/2025 đến trước ngày 19/09/2025.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày

II. Nội dung Yêu cầu báo giá

1. Danh mục mua sắm: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp



đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Ban truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT, VTTBYT;



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Vinh



PHỤ LỤC

Mua sắm Tủ bảo ôn phục vụ công tác chuyên môn của khoa Dược
(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 11/ 09 /2025)

Stt	Danh mục	Quy cách đóng gói	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Tủ bảo ôn	01 cái	- Thể tích: ≥ 600 lít; - Nhiệt độ: $2-8^{\circ}\text{C}$ - Tủ mát 2 cánh phục vụ bảo quản thuốc, hoá chất và vaccine - Hệ thống điều khiển Vi xử lý; Màn hình hiển thị LED - Báo động nhiệt độ cao/thấp, báo lỗi cảm biến, báo lỗi bộ điều nhiệt, báo cửa mở, báo mất điện (8h) - Làm lạnh bằng gió cưỡng bức - Dàn ngưng & bay hơi: Ống đồng + lá nhôm tản nhiệt - Nguồn điện: AC220V, 50Hz (chuẩn) - Công nghệ: Sản xuất tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Cái	1 